

**Протокол об итогах закупки
«экспресс-тест на анализатор Finescare FIA Meter Plus»
(ОБЪЯВЛЕНИЕ № 90 от 02 декабря 2020 г.)**

«15» декабря 2020г.

г. Семей

1. Комиссия в составе:

- КАЖИБЕКОВА Г.Б.** (Заместитель директора по лечебной части) – Председатель комиссии;
ДАНАНОВА А.Ж. (гл. акушерки) – заместитель председателя комиссии;
РАДАВЕЦКАЯ С.К. (фармацевт) – член комиссии;
СТЕПАНЕНКО Г.Ю. (юрист) – секретарь комиссии.

10 декабря 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КТП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области кабинет «Конференц зал» произвела процедуру рассмотрения (вскрытия) конвертов с заявками на участие в закупке «экспресс-тест на анализатор Finescare FIA Meter Plus»

№ лота	Международное непатентованное или название или состав	Описание товара (характеристика)	Поставка	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	Быстрый количественный тест на D-Dimer	Finescare D-Dimer Rapid Quantitative Test - - Быстрый количественный тест на D-Dimer для анализатора Finescare FIA Meter Plus Определяемые параметры: D-Dimer Rapid Quantitative - тест на D-Dimer Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комплектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж Finescare™ D-Dimer Rapid Quantitative - тест на D-Dimer при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.	По Заявке Заказчика, в течение 10 (десять) календарных дней	Набор	3	49 000	147 000
2	Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT)	Finescare (PCT) Procalcitonin Rapid Quantitative - Test - Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT) для анализатора Finescare FIA Meter Plus Определяемые параметры: Procalcitonin Rapid Quantitative - тест на прокальцитонин (PCT) Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комплектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ		Набор	3	52 500	157 500

Handwritten signatures and initials

	<p>1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.</p> <p>2. Храните картридж Finescape™ Pocalcitonin Rapid Quantitative - тест на прокальцитонин (PCT) при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев.</p> <p>3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.</p> <p>Быстрый количественный тест на HbA1c - Гликированный гемоглобин для портативного флуоресцентного анализатора Finescape FIA Meter Plus</p> <p>Определяемые параметры: HbA1c - Гликированный гемоглобин</p> <p>Принцип теста: Количественный экспресс-тест</p> <p>Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ</p> <p>Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест</p> <p>Время выполнения теста: от 3 до 15 мин.</p> <p>Количество тестов в наборе: 25 штук.</p> <p>Комплектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.</p> <p>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</p> <p>1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.</p> <p>2. Храните картридж Finescape™ HbA1c - Гликированный гемоглобин при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев.</p> <p>3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета</p>		3	34 000	102 000
ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА					
406 500					

2. Заявки на участие в закупке «экспресс-тест на анализатор Finescape FIA Meter Plus» способом запроса ценовых предложений представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время
1	ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ»	РК, г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 21/2, ВП-32, 11этаж	07.12.2020 11:10

3. Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков оставлены без рассмотрения, т.к. конверты предоставлены не в полном объеме, а именно отсутствие документов, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4, а также иных согласно Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009г. № 1729 (далее - Правил): НЕТ

4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения:

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Сумма, выделенная для закупок, тенге	ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ»
1	Быстрый количественный тест на D-Dimer	147 000	147 000
2	Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT)	157 500	157 500
3	Finescape (HbA1c) Hemoglobin A1c Rapid Quantitative Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c)	102 000	102 000





5. Комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, РЕШИЛА:

Handwritten signature

5.1. На основании п.112 Правил (В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закула принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закула) предоставить документы в соответствии с п.113 Правил по лотам: При предоставлении потенциальными поставщиками документов в соответствии с п. 113 Правил, признать его победителем по следующим лотам:

№ лота	Победитель закупа
№ 1-3	ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ»

5.2. Разместить данный протокол на интернет- ресурсе **Resume.kz**, направить победителям уведомления об итогах закупа.
При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: **НЕТ**

Председатель комиссии		КАЖИБЕКОВА Г.Б.
Заместитель председателя		ДАНАНОВА А.Ж.
Члены комиссии		РАДАВЕЦКАЯ С.К.
Секретарь комиссии		СТЕПАНЕНКО Г.Ю.