

**Протокол об итогах закупа № 96**  
**«Медицинские изделия»**  
(ОБЪЯВЛЕНИЕ № 96 от 12 октября 2021 г.)

г. Семей

«25» октября 2021г.

1. Комиссия в составе:

**КАЖИБЕКОВА Г.Б.** (Заместитель директора по лечебной части) – Председатель комиссии;  
**ДАНАНОВА А.Ж.** (гл. акушерки) – заместитель председателя комиссии;  
**РАДАВЕЦКАЯ С.К.** – (фармацевт) – член комиссии;  
**СТЕПАНЕНКО Г.Ю.** (юрист) – секретарь комиссии.

20 октября 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области кабинет «Конференц зал» произвела процедуру рассмотрения (вскрытия) конвертов с заявками на участие в запуске **«Медицинские изделия»:**

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Поставка	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма, выделенная для закупа, тенге
1	Назальная кислородная канюля	Назальная кислородная канюля(неонатальная ) длиной 1500см. Стерильная	По заявке заказчика в течении 10 (десять) календарных дней	Штука	800	565	452 000
2	Назальная канюля nFlow для назальной CPAP вентиляции новорожденных, размер S (малая), цвет розовый 4701	Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура nFlow с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер S малый, цветоиндикация - светло-розовая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр 3мм, длина 5мм. Посадочный размер основания канюли 12*17мм. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45 град. к основанию канюли, длина лепестка 5,5мм.		Штука	30	589	17 670
3	Назальная канюля nFlow для назальной CPAP вентиляции новорожденных, размер M (средняя), цвет голубой 4702	Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура nFlow с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер M средний, цветоиндикация - светло-голубая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр 4мм, длина 6мм. Посадочный размер основания канюли 12*17мм. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45 град. к основанию канюли, длина лепестка 6,0мм.		Штука	30	589	17 670
4	Термобумага для УЗИ аппарата	Высококачественная термобумага. Синтетическая термочувствительная бумага для печати ультразвукового видео изображения. Высококачественная плотная термобумага 110мм*20м В одном рулоне более 200 снимков в стандартном режиме; Толщина бумаги 80+/- 5мм;		Рулон	50	3 200	160 000

		Цвет белые, не менее 80%; Плотность не менее 1,2					
5	Одноразовые кюветы и стержни с гепариназой 20 шт./уп. (Тромбоэластограф TEG 5000)	Тест с использованием одноразовых кювет с напыленной гепариназой для исследования свертывающей системы крови без эффекта гепарина		Упаковка	6	61 460	368 760
6	Каолин 25 шт./уп. (Тромбоэластограф TEG 5000)	Контактный активатор, осуществляющий запуск гемостаза по внутреннему пути. Используется как с цитрированной, так и с цельной кровью, также в комбинации с гепариназой и тестами для определения чувствительности тромбоцитов к различным лекарственным средствам.		Упаковка	5	60 570	302 850
7	Магистрально-теплообменники к «Hotline» L-70NI	Материал и описание магистрально-теплообменника: Биологически инертный поливинилхлорид, видоизмененная PVC Синфузионно-трансфузионная линия, длиной 2,4 м, первичный объем заполнения магистрально (в мл) - 17,4, коннекция инфузионного канала Luer-Lock.		Штука	50	21 600	1 080 000
8	Мембраны для: референтного электрода	Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.		упаковка	1	91 640	91 640
10	Краник трехходовой	Трехходовые краник. С-3 синий. Для инфузий		Штука	1 000	430	430 000
11	Катетер урологический	Катетер урологический тип Folley № 20,22. Изготовлен из латекса, покрыт силиконом, с цветовой кодировкой размера		Штука	800	400	320 000
12	Удлинитель инфузионных насосов	Удлинитель для инфузионных насосов 150см, стерильный, однократного применения.		Штука	1 510	283	427 330
13	Эластичный бинт	Эластичный бинт 12*5 см		Штука	24	4 000	96 000
14	Тонометр	Металлический anerоидный манометр. Нагнетатель из латекса, металлический игольчатый клапан сброса воздуха (боковой винт). Удобная и гигиеничная манжета из нейлона с металлическим кольцом. Цельнолитая 2-трубчатая пневмокамера из латекса. Металлический стетофонендоскоп с односторонней головкой. Пределы измерения 0-300 мм р.ст. Точность +/- 3мм р.ст. Размеры: 52*90*33 (+/- 5) Вес: 114гр. (+/- 5)		Штука	40	6 000	240 000
15	тест-карта	на 10000 тестов (для Автоматического анализатора измерения СОЭ Vision Pro, производства Shenzhen Yhlo Biotech Co.)		Штука	1	2700000	2700000
16	Контроль СОЭ, двухуровневый (2x9мл)	Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора СОЭ Vision Pro		Набор	1	250000	250000
17	Контур дыхательный 1,6м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м	Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный реверсивный для взрослых. Диаметр 22 мм. Длина 1,6м, с двумя разборными влагосборниками, с клапанами поворотного типа, обеспечивающих герметичность контура при снятой колбе при любом положении влагосборника, с дополнительным шлангом 0,8 м, с портами 7,6 мм на Y-образном параллельном соединителе на пациента, с герметизирующими "not loosing" заглушками, с внешней защитной крышечкой красного цвета, с принадлежностями: соединители 22М-22М - 2шт. Материал: полиэтилен, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления		Штука	40	5 500	220 000

18	Контур дыхательный 1,6м с одним проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,5м и самозаполняющейся камерой увлажнителя	Контур дыхательный реверсивный для взрослых 22 мм для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Контур дыхательный гофрированный материал, соединения: на аппарат на шланге выдоха -22F, на камеру увлажнения – 22F, на пациента - параллельный Y-образный соединитель 22М-22М-22М/15F; длина 1,6м, с обогревом, с разборным влагосборником и камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Шланг выдоха разъёмный-через прямой соединитель 22М-22F. Два температурных порта 7,6мм на шланге вдоха: на соединителе на камеру увлажнения и прямом соединителе 22М-22F к параллельному Y-образному соединителю. Y-образный соединитель имеет порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком и защитную крышку красного цвета. В комплекте контура: дополнительный шланг 0,5м, соединители 22М-22М-2шт. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.		Штука	10	20 000	200 000
ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА							7 373 920

2. Заявки на участие в закупе «**Медицинские изделия**» способом запроса ценовых предложений представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время
1	ТОО «SUNMEDICA» САНМЕДИКА	РК, Алматы, ул. Кунаева, 21Б, оф.75	15.10.2021 10:23
2	ТОО «Телфин KZ»	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Гоголя, 36/1	15.10.2021 13:00
3	ТОО «Медтехсервис»	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Добролюбова, 39/2	18.10.2021 10:51
4	ИП «Venera»	РК, г. Нур-Султан, ул. Петрова, 32-45	18.10.2021 12:32
5	ТОО «Димеда»	РК, г. Уральск, 25 Чапаевской Дивизии, 3-27	18.10.2021 15:19
6	ТОО «Tender Professional»	РК, г. Нур-Султан, пр. Сарыарка 41/328	19.10.2021 09:28
7	ТОО «ОрдаМед Семей»	РК, ВКО, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 102	19.10.2021 10:32
8	ТОО «Region 16»	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бульвар Гагарина, д.25, кв.173	19.10.2021 12:10
9	ПК «САЛАУАТ»	РК, ВКО, г. Семей, пр. Ауэзова, 42	19.10.2021 14:02
10	ТОО «Дельрус РК»	РК, г. Нур-Султан, 16	19.10.2021 14:50
11	ТОО «Pharmprovide»	РК, г. Алматы, ул. Блока, 14	19.10.2021 14:56

12	ТОО «ДИАКОМ-ХИМТЭКО»	РК, ВКО, г. Семей, пер. Международный, 1/1	19.10.2021 15:07
13	ТОО «SM Global.kz»	РК, г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.2, кв.38	19.10.2021 15:24
14	ТОО «NF Pharma»	РК, г. Алматы, пр. Достык, 38 блок А, оф. 704	19.10.2021 15: 25
15	ТОО «INKAR»	РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 77В	20.10.2021 08:38
16	ТОО «АЛЬФА МЕДИКА КАЗАХСТАН»	РК, ВКО, г. Семей, ул. Засядко, 89	20.10.2021 10:25

3. Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков **оставлены без рассмотрения**, т.к. конверты предоставлены не в полном объеме, а именно отсутствие документов, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4, а также иных согласно «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», утвержденных Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правил): НЕТ

4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения:

№ лота	Сумма, выделенная для закупки, тенге	ТОО «SUNMEDICA» САНМЕДИКА	ТОО «Телфи КЗ»	ТОО «Медтехсервис»	ИП «Venega»	ТОО «Димеда»	ТОО «Tender Professional»	ТОО «ОрдаМед Семей»	ТОО «Region 16»	ПК «САЛАУАТ»	ТОО «Дельрус РК»	ТОО «Pharmprovide»	ТОО «ДИАКОМ-ХИМТЭКО»	ТОО «SM Global.kz»	ТОО «NF Pharma»	ТОО «INKAR»	ТОО «АЛЬФА МЕДИКА КАЗАХСТАН»
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	452 000	---	117 600	---	---	423 448	---	---	---	384 000	---	---	366 400	248 000	140 000	---	---
2	17 670	17 670	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	17 670	17 670	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	160 000	---	---	---	---	---	---	145 000	147 500	---	---	---	---	---	---	---	148 800
5	368 760	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	302 850	---	---	---	---	---	302 850	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	1 080 000	---	---	---	---	---	---	---	---	1 025 000	1 080 000	---	---	---	---	---	---
8	91 640	---	---	---	---	---	---	---	---	---	91 640	---	---	---	---	---	---
10	430 000	---	---	---	---	228 000	---	---	---	175 000	---	170 000	341 000	---	---	---	166 000
11	320 000	---	---	---	---	---	---	---	---	224 000	---	---	182 400	---	---	252 000	200 000

12	427 330	---	---	---	---	392 358,40	---	---	377 500	377 500	---	333 710	392 600	---	---	---	<b>326 160</b>	
13	96 000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<b>52 944</b>	---
14	240 000	---	---	---	---	---	---	---	220 000	<b>198 000</b>	---	---	---	---	---	---	---	---
15	2700000	---	---	<b>2 700 000</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	250000	---	---	<b>250 000</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	220 000	220 000	---	---	180 000	---	---	---	---	154 400	---	---	---	---	<b>124 400</b>	---	---	---
18	200 000	200 000	---	---	<b>160 000</b>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, **РЕШИЛА:**

5.1. Признать закуп «**Медицинские изделия**» способом запроса ценовых предложений: По лоту № 5 **НЕСОСТОЯВШИМСЯ** (п.101 Правил При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся)

5.2. Признать победителем по закупу «**Медицинские изделия**» способом запроса ценовых предложений:

№ лота	Победитель закупа
<b>1</b>	<b>ТОО «Телфин KZ»</b>
<b>4</b>	<b>ТОО «ОрдаМед Семей»</b>
<b>7</b>	<b>ПК «САЛАУАТ»</b>
<b>10</b>	<b>ТОО «АЛЬФА МЕДИКА КАЗАХСТАН»</b>
<b>11</b>	<b>ТОО «ДИАКОМ-ХИМТЭКО»</b>
<b>12</b>	<b>ТОО «АЛЬФА МЕДИКА КАЗАХСТАН»</b>
<b>14</b>	<b>ПК «САЛАУАТ»</b>
<b>17</b>	<b>ТОО «SM Global.kz»</b>
<b>18</b>	<b>ИП «Venera»</b>

5.3. Заявки потенциальных поставщиков, предложения которых являются **вторыми** по предпочтительности после предложения победителя по закупу «**Медицинские изделия**» способом запроса ценовых предложений по Лотам:

№ лота	Второй по предпочтительности после предложения победителя
<b>1</b>	<b>ТОО «NF Pharma»</b>
<b>4</b>	<b>ТОО «Region 16»</b>
<b>7</b>	<b>ТОО «Дельрус РК»</b>
<b>10</b>	<b>ТОО «Pharmprovide»</b>
<b>11</b>	<b>ТОО «АЛЬФА МЕДИКА КАЗАХСТАН»</b>
<b>12</b>	<b>ТОО «Pharmprovide»</b>
<b>14</b>	<b>ТОО «Region 16»</b>
<b>17</b>	<b>ПК «САЛАУАТ»</b>
<b>18</b>	<b>ТОО «SUNMEDICA» САНМЕДИКА</b>

5.4. На основании п.100 Правил, в случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

<b>№ лота</b>	<b>Победитель закупа</b>
2	ТОО «SUNMEDICA» САНМЕДИКА
3	ТОО «SUNMEDICA» САНМЕДИКА
6	ТОО «Tender Professional»
8	ТОО «Дельрус РК»
13	ТОО «INKAR»
15	ТОО «Медтехсервис»
16	ТОО «Медтехсервис»

5.5. Разместить данный протокол на интернет- ресурсе **Pcsemev.kz**, направить победителям уведомления об итогах закупа.

5.3 При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: **НЕТ**

<b>Председатель комиссии</b>		<b>КАЖИБЕКОВА Г.Б.</b>
<b>Заместитель председателя</b>		<b>ДАНАНОВА А.Ж.</b>
<b>Члены комиссии</b>		<b>РАДАВЕЦКАЯ С.К.</b>
<b>Секретарь комиссии</b>		<b>СТЕПАНЕНКО Г.Ю.</b>