

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 59

27 мая 2021г

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, на основании **Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 " Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг "** объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений «Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии в комплекте с термопринтером» по следующим лотам:

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Поставка	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма, выделенная для закупки, тенге		
1	Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии в комплекте с термопринтером	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td>Технические характеристики</td> </tr> </table>	1.	Технические характеристики	5 календарных дней	Штука	1	2700000	2 700 000
		1.	Технические характеристики						
		Наличие двух методик обследования вызванной задержанной отоакустической эмиссии ТЕОАЕ и ДРОАЕ с расширенным высокочастотным диапазоном в Портативном устройстве отоакустической эмиссии имеет наибольшее диагностическое значение при обследовании детей и взрослых - аудиологическом скрининге.	Наличие						
		1.1	Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии	Русский					
		1.2	Язык пользователя интерфейса прибора, включая язык ПО для компьютера	Наличие					
		1.3	Автоматический анализ результатов	Наличие					
		1.4	Индикация качества установки зонда	Наличие					
		1.5	Тест вызванной задержанной отоакустической эмиссии ЗВОАЭ (ТЕОАЕ)	Широкополосный щелчок					
1.5.1	Тестовый сигнал	Не менее 83 дБ УЗД							
1.5.2	Интенсивность стимула для задержанной отоакустической эмиссии ЗВОАЭ (ТЕОАЕ)								

1.5.3	Частотный диапазон стимула задержанной отоакустической эмиссии ЗВОАЭ (ТЕОАЭ)	0,7 - 4,0 кГц
1.5.4	Частота отсчетов стимулов	Не менее 64 Гц
1.6	Тест вызванной отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения ЭЧПИ (ДРОАЭ)	Наличие
1.6.1	Частотный диапазон стимула ЭЧПИ (ДРОАЭ)	1,5-12 кГц
1.7	Остаточный шум микрофонной системы	-20дБ УЗД (2 кГц) -13 дБ УЗД (1 кГц), (ширина полосы-1 Гц)
1.8	OLED-дисплей для отображения пользовательской информации и хода обследования	Наличие
1.9	Индикация текущего уровня шума	Наличие
1.10	Индикация результатов теста «Прошел/не прошел»	Наличие
1.11	Автоматическая калибровка	Наличие
1.12	Интерфейс соединения с персональным компьютером	USB и беспроводное
1.13	Возможность сохранения данных обследования в базе данных компьютера	Наличие
1.14	Возможность распечатки данных через термопринтер	Наличие
1.15	Число измерений, сохраняемых во внутренней памяти прибора	Не менее 250
1.2	Органы управления	4-х кнопочная мембранная клавиатура
1.3	Размер прибора не более	6,6 x 3,1 x 14,5 см
1.4	Электропитание прибора	Аккумулятор 3,7 В/ 1750 мАч
1.5	Число измерений с одной зарядкой аккумулятора	Не менее 500 обследований
1.6	Вес прибора, включая аккумулятор	Не более 180 гр.
1.7	Разъем подключения микро-зонда к прибору	HDMI
1.8	Подставка с функцией зарядки прибора	наличие

2	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ					
2.1	Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии	1 штука				
2.2	Зонд	1 штука				
2.3	Подставка	1 штука				
2.4	Термопринтер	1 штука				
2.5	Набор с тестовыми ушными вкладышами №№1-12	1 штука				
3	Документы					
3.1	Регистрационное удостоверение РК	Наличие				
3.2	Сертификат СИ	Наличие				
3.3	Авторизационная доверенность от производителя поставку и техническое обслуживание прибора	Наличие				
3.4	Сертифицированная производителем сервисная служба на территории РК	Наличие				
3.5	Сертифицированный производителем сервис-инженер	Наличие				
4	Гарантийное и сервисное обслуживание					
4.1	Гарантийный срок	12 месяцев				
4.2	Гарантийное сервисное обслуживание	37 месяцев				
ИТОГО						2 700 000

Товар должен быть доставлен: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КПП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей», склад.

Место предоставления (приема) документов: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Приемная».

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «07» июня 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, «Приемная»

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «07» июня 2021 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Конференц зал».

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/56-88-12, 8 /7222/56-89-53.