

**Протокол об итогах закупки**  
**«Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа»**  
 (ОБЪЯВЛЕНИЕ № 11 от 15 января 2021 г.)

**г. Семей**

1. Комиссия в составе:

- КАЖИБЕКОВА Г.Б.** (Заместитель директора по лечебной части) – Председатель комиссии;  
**ДАНАНОВА А.Ж.** (гл. акушерки) – заместитель председателя комиссии;  
**РАДАВЕЦКАЯ С.К.** – (Фармацевт) – член комиссии;  
**СТЕПАНЕНКО Г.Ю.** (юрист) – секретарь комиссии.

«26» января 2020г.





25 января 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинаталный центр города Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области кабинет «Конференц зал» произведена процедура рассмотрения (вскрытия) конвертов с заявками на участие в закупке **«Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа»**

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Описание товара (характеристика)	Поставка	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fg. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Наличие ушка на интродьюсере для подшивания к коже, что обеспечивает удобство фиксации интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте диллятора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилляторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Длина диллятора (мм): 125; 155. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018").	По Заявке Заказчика, в течение 10 (десять) календарных дней	Штука	50	11 400	570 000
<b>ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА</b>							<b>570 000</b>



2. Заявки на участие в закупе «**Интердьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа**» способом запроса ценовых предложений представлены следующие потенциальные поставщики: Нет
3. Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков оставлены без рассмотрения, т.к. конверты предоставлены не в полном объеме, а именно отсутствие документов, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4, а также иных согласно Правил **организации и проведения закупы лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг**, утвержденным Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009г. № 1729 (далее - Правил): НЕТ
4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения: НЕТ
5. Комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, **РЕШИЛА:**
  - 5.1. Признать закуп «**Интердьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа ый**» способом запроса ценовых предложений: По лоту № 1; **НЕСОСТОЯВШИМСЯ** (n.112 Правил *При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся*)
  - 5.2. Разместить данный протокол на интернет- ресурсе **Рesumeу.kz**, направить победителям уведомления об итогах закупы.

При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: НЕТ

Председатель комиссии		КАЖИБЕКОВА Г.Б.
Заместитель председателя		ДАНАНОВА А.Ж.
Члены комиссии		РАДАВЕЦКАЯ С.К.
Секретарь комиссии		СТЕПАНЕНКО Г.Ю.