

**Протокол об итогах закупки  
«Реагенты и медицинские изделия для лабораторий»  
(ОБЪЯВЛЕНИЕ № 22 от 10 февраля 2021 г.)**

«19» февраля 2021г.

г. Семей

1. Комиссия в составе:

**КАЖИБЕКОВА Г.Б.** (Заместитель директора по лечебной части) – Председатель комиссии;  
**ДАНАНОВА А.Ж.** (гл. акушерки) – заместитель председателя комиссии;  
**РАДАВЕЦКАЯ С.К.** – (фармацевт) – член комиссии;  
**СТЕПАНЕНКО Г.Ю.** (юрист) – секретарь комиссии.

18 февраля 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области кабинет «Конференц зал» произвела процедуру рассмотрения (вскрытия) конвертов с заявками на участие в закупке «**Реагенты и медицинские изделия для лабораторий**»

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Поставка	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма, выделенная для закупки, тенге
<b>Реагенты на автоматический гематологический анализатор SYSMEX XS500i</b>							
1	Разбавитель цельной крови 20 л. +5 +30 С	Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 мS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л.	По заявке заказчика в течении 10 (десять) календарных дней	Канистра	20	55 000	1 100 000
<b>Медицинские изделия для отделения лаборатория</b>							
2	C-реактивный белок, латексный (СРБ)	C-реактивный белок, латексный (СРБ). Не менее 100 определений	По заявке заказчика в течении 10 (десять) календарных дней	Набор	10	6 000	60 000
<b>экспресс-тест на анализатор Finescare FIA Meter Plus</b>							
3	Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT)	<b>Finescare (PCT) Procalcitonin Rapid Quantitative - Test - Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT) для анализатора Finescare FIA Meter Plus</b> Определяемые параметры: Procalcitonin Rapid Quantitative - тест на прокальцитонин (PCT) Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комплектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-	По заявке заказчика в течении 10 (десять) календарных дней	Набор	3	58 000	174 000

*Handwritten signature and stamp*

	<p>1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.  <b>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</b>  1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.  2. Храните картридж Finesate™ Procalcitonin Rapid Quantitative - тест на прокальцитонин (PCT) при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев.  3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.</p>	3	55 000	165 000	
4	<p>Быстрый количественный тест на D-Dimer  <b>Finesate D-Dimer Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на D-Dimer для анализатора Finesate FIA Meter Plus</b>  <b>Определяемые параметры:</b> D-Dimer Rapid Quantitative - тест на D-Dimer  <b>Принцип теста:</b> Количественный экспресс-тест  <b>Метод теста:</b> Флуоресцентный иммуноанализ  <b>Режим тестирования:</b> Стандартный тест и быстрый тест  <b>Время выполнения теста:</b> от 3 до 15 мин.  <b>Количество тестов в наборе:</b> 25 штук.  <b>Комплектация:</b> Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.  <b>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</b>  1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.  2. Храните картридж Finesate™ D-Dimer Rapid Quantitative - тест на D-Dimer при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев.  3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.</p>	3	39 000	117 000	Набор
5	<p>Finesate (HbA1c)  Hemoglobin A1c Rapid Quantitative Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c)  <b>Быстрый количественный тест на HbA1c - Гликированный гемоглобин для портативного флуоресцентного анализатора Finesate FIA Meter Plus</b>  <b>Определяемые параметры:</b> HbA1c - Гликированный гемоглобин  <b>Принцип теста:</b> Количественный экспресс-тест  <b>Метод теста:</b> Флуоресцентный иммуноанализ  <b>Режим тестирования:</b> Стандартный тест и быстрый тест  <b>Время выполнения теста:</b> от 3 до 15 мин.  <b>Количество тестов в наборе:</b> 25 штук.  <b>Комплектация:</b> Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.  <b>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</b>  1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.  2. Храните картридж Finesate™ HbA1c - Гликированный гемоглобин при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев.  3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета</p>				Набор
<b>ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА</b>					<b>1 616 000</b>

2. Заявки на участие в закупке «Реагенты и медицинские изделия для лаборатории» способом запроса ценовых предложений представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время
			

1	ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ»	РК, г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 31/2, ВП-32	18.02.2021 10:27
2	ТОО «Диакон-Химтэко»	РК, г. Семей, пер.Международный 1/1	18.02.2021 11:32

3. Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков **оставлены без рассмотрения**, т.к. конверты предоставлены не в полном объеме, а именно отсутствие документов, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4, а также иных согласно Правил **организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг**, утвержденным Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009г. № 1729 (далее – Правил): **НЕТ**
4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения:

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Сумма, выделенная для закупки, тенге	ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ»	ТОО «Диакон-Химтэко»
1	Разбавитель цельной крови 20 л. +5 +30 С	1 100 000	---	1 100 000
2	С-реактивный белок, латексный (СРБ)	60 000	---	---
3	Быстрый количественный тест на прокальцитонин (РСТ)	174 000	174 000	---
4	Быстрый количественный тест на D-Dimer	165 000	165 000	---
5	Fineware (HbA1c) Hemoglobin A1c Rapid Quantitative Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c)	117 000	117 000	---

5. Комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, **РЕШИЛА:**

5.1. Признать закуп **«Реагенты и медицинские изделия для лаборатории»** способом запроса ценовых предложений: По лоту № 2 **НЕСОСТОЯВШИМСЯ (п.112 Правил При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся)**

5.2. На основании п.112 Правил (В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупки принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупки) предоставить документы в соответствии с п.113 Правил по лотам: При предоставлении потенциальными поставщиками документов в соответствии с п. 113 Правил, признать его победителем по следующим лотам:

№ лота	Победитель закупы
№ 1	ТОО «ДИАКОМ-ХИМТЭКО»
№ 3-5	ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ»

5.3.

5.4. Разместить данный протокол на интернет- ресурсе **Ресурсы Ресурсы.kz**, направить победителям уведомления об итогах закупы.

При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: **НЕТ**

Председатель комиссии		КАЖИБЕКОВА Г.Б.
Заместитель председателя		ДАНАНОВА А.Ж.
Члены комиссии		РАДАВЕЦКАЯ С.К.
Секретарь комиссии		СТЕПАНЕНКО Г.Ю.