

Протокол об итогах закупа № 59
«Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии в комплекте с термопринтером»
 (ОБЪЯВЛЕНИЕ № 59 от 27 мая 2021 г.)

г. Семей

«9» июня 2021г.

I. Комиссия в составе:

- КАЖИБЕКОВА Г.Б.** (Заместитель директора по лечебной части) – Председатель комиссии;
ДАНАНОВА А.Ж. (гл. акушерки) – заместитель председателя комиссии;
МЯСНИКОВА И.В. – (мед.сестра) – член комиссии;
МАГАМАЕВА С.В. (юрист) – секретарь комиссии.

07 июня 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области кабинет «Конференц зал» произвела процедуру рассмотрения (вскрытия) конвертов с заявками на участие в запусе «Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии в комплекте с термопринтером»

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации лекарственной формы		Поставка	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма, выделенная для закупа, тенге
1	Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии в комплекте с термопр	1.	Технические характеристики	5 календарных дней	Штука	1	2700 000	2 700 000
			Наличие двух методик обследования вызванной задержанной отоакустической эмиссии ТЕОАЕ и ДРОАЕс расширенным высокочастотным диапазоном в Портативном устройстве отоакустической эмиссии имеет наибольшее диагностическое значение при обследовании детей и взрослых - аудиологическом скрининге.					
		1.1	Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии					

huf

А. Д. М. А.

интерном	1.2	Язык пользователя интерфейса прибора, включая язык ПО для компьютера	Русский
	1.3	Автоматический анализ результатов	Наличие
	1.4	Индикация качества установки зонда	Наличие
	1.5	Тест вызванной задержанной отоакустической эмиссии ЗВОАЭ (ТЕОАЕ)	Наличие
	1.5.1	Тестовый сигнал	Широкополосный щелчок
	1.5.2	Интенсивность стимула для задержанной отоакустической эмиссии ЗВОАЭ (ТЕОАЕ)	Не менее 83 дБ УЗД
	1.5.3	Частотный диапазон стимула задержанной отоакустической эмиссии ЗВОАЭ (ТЕОАЕ)	0,7 - 4,0 кГц
	1.5.4	Частота отсчетов стимулов	Не менее 64 Гц
	1.6	Тест вызванной отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения ЭЧПИ (ДРОАЕ)	Наличие
	1.6.1	Частотный диапазон стимула ЭЧПИ (ДРОАЕ)	1,5-12 кГц
1.7	Остаточный шум микрофонной системы	-20дБ УЗД (2 кГц) -13 дБ УЗД (1 кГц), (ширина полосы-1 Гц)	
1.8	OLED-дисплей для отображения пользовательской информации и хода обследования	Наличие	
1.9	Индикация текущего уровня шума	Наличие	
1.10	Индикация результатов теста «Прошел/не прошел»	Наличие	

куп *М.В. 7.* *А.В.*

1.11	Автоматическая калибровка	Наличие
1.12	Интерфейс соединения с персональным компьютером	USB и беспроводное
1.13	Возможность сохранения данных обследования в базе данных компьютера	Наличие
1.14	Возможность распечатки данных через термопринтер	Наличие
1.15	Число измерений, сохраняемых во внутренней памяти прибора	Не менее 250
1.2	Органы управления	4-х кнопочная мембранная клавиатура
1.3	Размер прибора не более	6,6 x 3,1 x 14,5 см
1.4	Электропитание прибора	Аккумулятор 3,7 В/ 1750 мАч
1.5	Число измерений с одной зарядкой аккумулятора	Не менее 500 обследований
1.6	Вес прибора, включая аккумулятор	Не более 180 гр.
1.7	Разъем подключения микро-зонда к прибору	HDMI
1.8	Подставка с функцией зарядки прибора	наличие
2	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
2.1	Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии	1 штука
2.2	Зонд	1 штука
2.3	Подставка	1 штука
2.4	Термопринтер	1 штука

--	--	--	--

куп \$
Монд. П

2.5	Набор с тестовыми ушными вкладышами №№1-12	1 штука				
3	Документы					
3.1	Регистрационное удостоверение РК	Наличие				
3.2	Сертификат СИ	Наличие				
3.3	Авторизационная доверенность от производителя поставку и техническое обслуживание прибора	Наличие				
3.4	Сертифицированная производителем сервисная служба на территории РК	Наличие				
3.5	Сертифицированный производителем сервис-инженер	Наличие				
4	Гарантийное и сервисное обслуживание					
4.1	Гарантийный срок	12 месяцев				
4.2	Гарантийное сервисное обслуживание	37 месяцев				
ИТОГО						2 700 000

2. Заявки на участие в закупе «Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии в комплекте с термопринтером» способом запроса ценовых предложений представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время
1	ТОО «ИСТОК АУДИО КАЗАХСТАН»	РК, г. Нур-Султан, ул. Сейфулина 4/1 ВП12-14	07.06.2021г. 13:20

3. Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков оставлены без рассмотрения, т.к. конверты предоставлены не в полном объеме, а именно отсутствие документов, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4, а также иных согласно Правил организации и проведения закупки лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009г. № 1729 (далее – Правил): **НЕТ**
4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения:

Handwritten signature and initials:
 A. Kuy...
 M. A. ...





№ лота	Международное непатентованное название или состав	Сумма, выделенная для закупа, тенге	ТОО «ИСТОК АУДИО КАЗАХСТАН»
1	Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии в комплекте с термопринтером	2 700 000	2 700 000

5. Комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, **РЕШИЛА:**

5.1. На основании п.112 Правил (В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа) предоставить документы в соответствии с п.113 Правил по лотам: При предоставлении потенциальными поставщиками документов в соответствии с п. 113 Правил, признать его победителем по следующим лотам:

№ лота	Победитель закупа
№1	ТОО «ИСТОК АУДИО КАЗАХСТАН»

5.2. Разместить данный протокол на интернет- ресурсе **Pcsemey.kz**, направить победителям уведомления об итогах закупа. При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: **НЕТ**

Председатель комиссии		КАЖИБЕКОВА Г.Б.
Заместитель председателя		ДАНАНОВА А.Ж.
Члены комиссии		МЯСНИКОВА И.В.
Секретарь комиссии		МАГАМАЕВА С.В.