

Протокол об итогах закупа № 73
«Автоматический анализатор коагуляции крови»
(ОБЪЯВЛЕНИЕ № 73 от 02 июля 2021 г.)

г. Семей

«13» июля 2021г.

1. Комиссия в составе:
КАЖИБЕКОВА Г.Б. (Заместитель директора по лечебной части) – Председатель комиссии;
ДАНАНОВА А.Ж. (гл. акушерки) – заместитель председателя комиссии;
МЯСНИКОВА И.В. – (мед.сестра) – член комиссии;
СТЕПАНЕНКО Г.Ю. (юрист) – секретарь комиссии.

13 июля 2021 года в 15 часов 30 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области кабинет «Конференц зал» произвела процедуру рассмотрения (вскрытия) конвертов с заявками на участие в запусе **«Автоматический анализатор коагуляции крови»:**

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Поставка	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма, выделенная для закупа, тенге
1	Автоматический анализатор коагуляции крови	Клоттинговый метод измерение с определением рассеянного света 660 нм Хромогенный метод фотометрическое измерение 405 нм Иммунологический метод турбидиметрическое измерение 575 нм Определение PT 7 минут Определение Д-димера 9 минут Производительность PT,APTT - 60 тестов/час; PT/APTT/Fib - 48 тестов/час; PT/APTT/Fib/D-димер - 32 теста/час Максимальная загрузка образцов на борту до 60 шт Отдельная позиция для срочных проб Автоподачик на 10 проб с непрерывной дозагрузкой Протоколы тестирования до 14 программируемых Дозирующий блок с вихревым перемешиванием реакционной смеси Произвольный доступ к пробам и реагентам Позиции для реагентов, включая контроли и промывочные растворы до 13 Количество реакционных кювет на борту до 60 Штативная загрузка реагентов Съемные лотки для реагентов Датчик уровня жидкости Калибровка автоматическая Объем образца PT, APTT, TT - 50 мкл; Fib - 10 мкл; Факторы свертывания - 5 мкл; D-димер - 8 мкл Контроль качества Xbar • Levey-Jennings • Westgard Дисплей цветной жидкокристаллический с сенсорным экраном Считыватель штрих-кодов встроенный Подключения ЛИС • RS-232 • протоколы ASTM • BFA • BCT • двунаправленное хост-	По Заявке Заказчика, в течение 10 (десять) календарных дней	Комплек т	1	5 400 000	5 400 000

	соединение Температура окружающей среды 15 – 35 °С Электрическое питание 110-220 В / 50/60 Гц Габариты 490 × 570 × 490 мм Тип анализатора Автомат Производительность (тестов/час) до 60 Минимальный объем пробы (мкл.) до 5 Количество реагентов на борту до 13 Память результатов 3000 комплексных коагулограмм Принтер встроенный тепловой Вес не более 43кг						
ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА							5 400 000

2. Заявки на участие в закупе «**Автоматический анализатор коагуляции крови**» способом запроса ценовых предложений представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время
1	ТОО «QZMedical»	РК, г. Усть-Каменогорск, ул. Омская 4	08.07.2021 10:20

3. Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков **оставлены без рассмотрения**, т.к. конверты предоставлены не в полном объеме, а именно отсутствие документов, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4, а также иных согласно «**Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан**», утвержденных **Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375** (далее – Правил): НЕТ

4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения:

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Сумма, выделенная для закупа, тенге	ТОО «QZMedical»
			1
1	Автоматический анализатор коагуляции крови	5 400 000	5 400 000

5. Комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, **РЕШИЛА:**

5.1. На основании п.100 Правил, в случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

№ лота	Победитель закупа
1	ТОО «QZMedical»

5.2. Разместить данный протокол на интернет- ресурсе **Pcsemy.kz**, направить победителям уведомления об итогах закупа.
При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: **НЕТ**

Председатель комиссии		КАЖИБЕКОВА Г.Б.
Заместитель председателя		ДАНАНОВА А.Ж.
Члены комиссии		МЯСНИКОВА И.В.
Секретарь комиссии		СТЕПАНЕНКО Г.Ю.