

**Протокол об итогах закупа № 07**  
**«Реагенты; Медицинские изделия; Экспресс-тесты»**  
 (ОБЪЯВЛЕНИЕ № 07 от 01 февраля 2022 г.)

г. Семей

«10» февраля 2022г.

1. Комиссия в составе:

**КАЖИБЕКОВА Г.Б.** (Заместитель директора по лечебной части) – Председатель комиссии;  
**ДАНАНОВА А.Ж.** (гл. акушерки) – заместитель председателя комиссии;  
**РАДАВЕЦКАЯ С.К.** – (фармацевт) – член комиссии;  
**СТЕПАНЕНКО Г.Ю.** (юрист) – секретарь комиссии.

«09» февраля 2022г. в 15 часов 00 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КПП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области кабинет «Конференц зал» произвела процедуру рассмотрения (вскрытия) конвертов с заявками на участие в закупе «Реагенты; Медицинские изделия; Экспресс-тесты»:

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Поставка	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма, выделенная для закупа, тенге
<b>Реагенты на автоматический гематологический анализатор SYSMEX XS500i</b>							
1	Разбавитель цельной крови 20 л. +5 +30 С	Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 мS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л.	По заявке заказчика в течении 10 (десять) календарных дней	Канистра	10	45 445	454 450
2	Лизирующий реагент	Лизирующий реагент для лизирования Эритроцитов дифференцировки лейкоцитов на 5 субпопуляций, уп. 2л.. Содержит неионный сурфактант – 0,18%, органические четвертичные соли аммония-0,08%		Упаковка	2	36 670	73 340
3	Реагент для определения количества гемоглобина	Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах, уп. 500мл., нетоксичный, цианид не содержащий реагент на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия – 1,7 г/л		Упаковка	5	23 080	115 400
<b>медицинские изделия</b>							
4	С-реактивный белок, латексный (СРБ)	С-реактивный белок, латексный (СРБ). Не менее 100 определений	По заявке заказчика в течении 10 (десять) календарных дней	Набор	10	10 000	100 000
5	Тест полоски для системы мониторинга уровня глюкозы в крови Easy Touch Simple	Тест полоски для системы мониторинга уровня глюкозы в крови Easy Touch Simple, в упаковке 50 полосок		Упаковка	100	4 400	440 000

6	Блок питания	Для подключения TEG 5000 к эл.сети (Power SUPP.TEG230.VAC50/60HZ)		Штука	1	200 000	200 000
7	Вата не стерильная	Упаковка не менее 100гр		Упаковка	800	230	184 000
8	Клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием	Применяется для санитарно- гигиенических целей в качестве непроницаемого подкладочного материала. Клеёнка изготовлена из хлопкополиэфирных тканей. Покрыта поливинилхлоридным покрытием. Клеёнка обладает высокой эластичностью, отсутствием липкости, водо- и моченепроницаемостью, газонепроницаемостью. Поливинилхлоридное покрытие обладает высокой теплопроводностью и быстро приобретает температуру человеческого тела. Клеенка подкладная, ширина не менее 84см		Метр	1 000	860	860 000
9	Педиатрический трехкамерный контейнер	Педиатрический трехкамерный контейнер, содержащий жиры, аминокислоты, электролиты и глюкозу для парентерального питания недоношенных новорожденных детей, когда пероральное или энтеральное питание невозможно, недостаточно или противопоказано.  Эмульсия для инфузий не менее 300 мл. 12,5% липидная эмульсия (60 мл) состоит из 80% из оливкового и на 20% соевого масел. 5,9% р-р глюкозы (80 мл). Три составные части помещены в три изолированные секции трехкамерного многослойного пластикового (без ПВХ) контейнера, совместимого с липидами. Препарат готов для немедленного применения.		Упаковка	100	29 000	2 900 000
<b>экспресс-тест на анализатор <i>Finecare FIA Meter Plus</i></b>							
10	Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT)	<b><i>Finecare (PCT) Procalcitonin Rapid Quantitative - Test - Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT) для анализатора Finecare FIA Meter Plus</i></b> <b>Определяемые параметры:</b> Procalcitonin Rapid Quantitative - тест на прокальцитонин (PCT) <b>Принцип теста:</b> Количественный экспресс-тест <b>Метод теста:</b> Флуоресцентный иммуноанализ <b>Режим тестирования:</b> Стандартный тест и быстрый тест <b>Время выполнения теста:</b> от 3 до 15 мин. <b>Количество тестов в наборе:</b> 25 штук. <b>Комплектация:</b> Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. <b><u>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</u></b> 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж Finecare™ Procalcitonin Rapid Quantitative - тест на прокальцитонин (PCT) при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия	По заявке заказчика в течение 10 (десять) календарных дней	Набор	50	61 000	3 050 000

		пакета.				
11	Быстрый количественный тест на D-Dimer	<p><i><b>Finescare D-Dimer Rapid Quantitative Test - - Быстрый количественный тест на D-Dimer для анализатора Finescare FIA Meter Plus</b></i></p> <p><b>Определяемые параметры:</b> D-Dimer Rapid Quantitative - тест на D-Dimer</p> <p><b>Принцип теста:</b> Количественный экспресс-тест</p> <p><b>Метод теста:</b> Флуоресцентный иммуноанализ</p> <p><b>Режим тестирования:</b> Стандартный тест и быстрый тест</p> <p><b>Время выполнения теста:</b> от 3 до 15 мин.</p> <p><b>Количество тестов в наборе:</b> 25 штук.</p> <p><b>Комплектация:</b> Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.</p> <p><b><u>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</u></b></p> <p>1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.</p> <p>2. Храните картридж Finescare™ D-Dimer Rapid Quantitative - тест на D-Dimer при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев.</p> <p>3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета.</p>	Набор	50	58 000	2 900 000
12	Finescare (HbA1c) Hemoglobin A1c Rapid Quantitative Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c)	<p><i><b>Быстрый количественный тест на <u>HbA1c</u> - Гликированный гемоглобин для портативного флуоресцентного анализатора Finescare FIA Meter Plus</b></i></p> <p><b>Определяемые параметры:</b> <u>HbA1c</u> - Гликированный гемоглобин</p> <p><b>Принцип теста:</b> Количественный экспресс-тест</p> <p><b>Метод теста:</b> Флуоресцентный иммуноанализ</p> <p><b>Режим тестирования:</b> Стандартный тест и быстрый тест</p> <p><b>Время выполнения теста:</b> от 3 до 15 мин.</p> <p><b>Количество тестов в наборе:</b> 25 штук.</p> <p><b>Комплектация:</b> Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт.</p> <p><b><u>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ</u></b></p> <p>1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев.</p> <p>2. Храните картридж Finescare™ <u>HbA1c</u> - Гликированный гемоглобин при температуре 4 — 30 С, срок годности составляет до 24 месяцев.</p> <p>3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета</p>	Набор	5	41 000	205 000
<b>ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА</b>						<b>11 482 190</b>

2. Заявки на участие в закупе «Реагенты; Медицинские изделия; Экспресс-тесты» способом запроса ценовых предложений представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время
1	ТОО «Tender Professional»	РК, г. Нур-Султан, пр. Сарыарка 41/328	08.02.2022 10:41

2	ТОО «Асфарм»	РК, г. Семей, ул. Кабанбай батыра, 89	08.02.2022 15:15
3	ТОО «Optimum Service»	РК, г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 31/2, ВП-32	09.02.2022 10:02
4	Филиал ТОО «Альянс-Фарм» в г. Семей	РК, г. Семей, ул. Мамай батыра, 92	09.02.2022 10:12
5	ТОО «Region16»	РК, г. Усть-Каменогорск, Бульвар Гагарина, 25-173	09.02.2022 10:50
6	ТОО НПФ «Медилэнд»	РК, г. Алматы, пр. Райымбек 417А, н.п.1	09.02.2022 11:52

3. Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков **оставлены без рассмотрения**, т.к. конверты предоставлены не в полном объеме, а именно отсутствие документов, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4, а также иных согласно «**Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан**», утвержденных Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правил):

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Основание для отклонения
1	ТОО «Tender Professional»	РК, г. Нур-Султан, пр. Сарыарка 41/328	<p><b>Лот № 6:</b> п. 97 Правил.  <i>Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения</i>  Потенциальным поставщиком предоставлено ценовое предложение не по форме утвержденной Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № КР ДСМ -113. (Приложение 8)</p>

4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения:

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Сумма, выделенная для закупок, тенге	ТОО «Tender Professional»	ТОО «Асфарм»	ТОО «Optimum Service»	Филиал ТОО «Альянс-Фарм» в г. Семей	ТОО «Region16»	ТОО НПФ «Медилэнд»
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Разбавитель цельной крови 20 л. +5 +30 С	<b>454 450</b>	---	---	---	---	---	<b>454 450</b>
2	Лизирующий реагент	<b>73 340</b>	---	---	---	---	---	<b>73 340</b>
3	Реагент для определения количества гемоглобина	<b>115 400</b>	---	---	---	---	---	<b>115 400</b>
4	С-реактивный белок, латексный (СРБ)	<b>100 000</b>	---	---	---	---	<b>66 000</b>	---

5	Тест полоски для системы мониторинга уровня глюкозы в крови Easy Touch Simple	440 000	---	---	---	---	---	---
6	Блок питания	200 000	---	---	---	---	---	---
7	Вата не стерильная	184 000	---	156 000	---	140 000	148 000	---
8	Клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием	860 000	---	630 000	---	660 000	---	---
9	Педиатрический трехкамерный контейнер	2 900 000	---	---	---	---	---	---
10	Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT)	3 050 000	---	---	3 050 000	---	---	---
11	Быстрый количественный тест на D-Dimer	2 900 000	---	---	2 900 000	---	---	---
12	Finicare (HbA1c) Hemoglobin A1c Rapid Quantitative Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c)	205 000	---	---	205 000	---	---	---

5. Комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, **РЕШИЛА:**

5.1. Признать закуп **«Реагенты; Медицинские изделия; Экспресс-тесты»** способом запроса ценовых предложений: По лоту № 5; 6; 9; НЕСОСТОЯВШИМСЯ (п.101 Правил При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся)

5.2. Признать победителем по закупу **«Реагенты; Медицинские изделия; Экспресс-тесты»** способом запроса ценовых предложений:

№ лота	Победитель закупа
7	Филиал ТОО «Альянс-Фарм» в г. Семей
8	ТОО «Асфарм»

5.3. Заявки потенциальных поставщиков, предложения которых являются **вторыми** по предпочтительности после предложения победителя по закупу **«Реагенты; Медицинские изделия; Экспресс-тесты»** способом запроса ценовых предложений по Лотам:

№ лота	Второй по предпочтительности после предложения победителя
7	ТОО «Region16»
8	Филиал ТОО «Альянс-Фарм» в г. Семей

5.4. На основании п.100 Правил, (в случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа) признать победителем закупа следующего поставщика:

№ лота	Победитель закупа
1-3	ТОО НПФ «Медилэнд»
4	ТОО «Region16»
10-12	ТОО «Optimum Service»

5.5. Разместить данный протокол на интернет- ресурсе **Pcsemev.kz**, направить победителям уведомления об итогах закупа.

5.6. При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: **НЕТ**

<b>Председатель комиссии</b>		<b>КАЖИБЕКОВА Г.Б.</b>
<b>Заместитель председателя</b>		<b>ДАНАНОВА А.Ж.</b>
<b>Члены комиссии</b>		<b>РАДАВЕЦКАЯ С.К.</b>
<b>Секретарь комиссии</b>		<b>СТЕПАНЕНКО Г.Ю.</b>