

**ОБЪЯВЛЕНИЕ № 32**

06 августа 2024г.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения области Абай, находящееся по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, на основании **Приказа МЗ РК № 110 от 07.06.2023г.** «Правила организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений **«Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий»** по следующим лотам:

| № лота                        | Международное непатентованное название или состав | Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы  | Поставка   | Единица измерения | Количество | Цена    | Сумма, выделенная для закупки, тенге |
|-------------------------------|---|---|--|-------------------|------------|---------|--------------------------------------|
| 1                             | Кислородная ячейка                                | для наркозно дыхательного аппарата Wato Ex-65   | По заявке заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | Штука             | 1          | 140 000 | 140 000                              |
| 2                             | Фильтр бактериальный                              | <p>Бактериально-вирусный, стерильный, тип фильтрации – электростатический. Может использоваться как для взрослых, так и для детей.</p> <p>Предназначен для фильтрации дыхательной газовой смеси при проведении ИВЛ у взрослых.</p> <p>Внутренний объем составляет 33+/-2мл</p> <p>Эффективность бактериальной фильтрации не менее 99,99%</p> <p>Эффективность вирусной фильтрации не менее 99,99%</p> <p>Сопротивление потоку при вентиляции:<br/>           - (30 л/мин) не более 0,6 см H<sub>2</sub>O;<br/>           - (60л/мин) не менее 1,4см H<sub>2</sub>O;</p> <p>Минимальный дыхательный объем от 150 мл.<br/>           Вес фильтра не более 20гр.</p> <p>Коннекторы 22М/15F-22F/15М. CO<sub>2</sub>-порт с разъемом Luer-Lock, закрытым винтовой заглушкой.<br/>           Градуировка стороны пациента.<br/>           Время использования не менее 24 часов.</p> <p>В индивидуальной стерильной упаковке. Стерилизация оксид этилена.<br/>           Срок годности (стерильности) от даты производства не менее 5 лет</p> | По заявке заказчика в течение 10 (десять) календарных дней | Штука             | 100        | 870     | 87 000                               |
| <b>ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА</b> |   |   |  |                   |            |         | <b>227 000</b>                       |

**Товар должен быть доставлен:** РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр», склад.

**Место предоставления (приема) документов:** РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100А (корпус № 2), «Приемная».

**Окончательный срок подачи ценовых предложений:** до 13 часов 00 минут «14» августа 2024 года по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100А, «Приемная».

**Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться:** в 15 часов 00 минут «14» августа 2024 года по следующему адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100А, приемная директора.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/32-47-77