

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 49

10 декабря 2024г.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения области Абай, находящееся по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, на основании **Приказа МЗ РК № 110 от 07.06.2023г.** «Правила организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений «**Хирургический аспиратор**» по следующим лотам:

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Поставка	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	Хирургический аспиратор	По заявке заказчика в течение 10 (десять) календарных дней, не позднее 20 декабря 2024 года	Комплект	3	615 846	1 847 538
ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА						1 847 538

Техническое спецификация

1	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)	Хирургический аспиратор				
2	Требования комплектации	к	№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
<i>Основные комплектующие</i>						
		1.	Хирургический аспиратор	Предназначен для аспирации различных биологических жидкостей (кровь, слизь, экссудат и т.д.). Основной блок совмещён с тележкой на не менее 4 антистатических колесах, 2 из которых оснащены тормозными механизмами. Аспиратор разработан для длительного использования и легкой		1 шт.

			<p>транспортировки, изготовлен из высокопрочного не проводящего электричество пластика.</p> <p>На передней панели расположены: кнопка включения питания, регулятор уровня аспирации, вакуумный индикатор и крепления аспирационных ёмкостей.</p> <p>Максимальное давление всасывания: не менее -90кПа / -0.90 Bar / -675 mmHg.</p> <p>Максимальный объем всасывания: не менее 60 л/мин.</p> <p>Режим работы – непрерывный.</p> <p>Вес: не более 13 кг.</p> <p>Размер: не уже 460*850*420 мм.</p> <p>Класс энергопотребления: ПА.</p> <p>Предохранитель: не менее F 1 x 4A L 250V.</p> <p>Потребляемая мощность: не менее 230 VA.</p> <p>Поршневой привод аспиратора не требует специальных условий хранения и смазки.</p> <p>Силиконовые трубки и конический наконечник допустимо промывать водой с температурой не выше 60°C. Контейнер и крышку, силиконовые трубки и конический наконечник допускается обрабатывать в автоклаве, выполнив один цикл стерилизации при 121°C (при относительном давлении не менее 1 бар – 15 минут).</p> <p>Срок службы устройства: не менее 10000-12000 часов работы.</p>		
<i>Дополнительные комплектующие</i>					
		2.	Емкость для санации	<p>Автоклавируемая емкость с предохранительным клапаном, полностью выполненная из поликарбоната объемом не менее 2000 мл.</p> <p>Емкость прозрачная, с нанесенной на неё шкалой делений.</p>	2 шт.
		3.	Конический соединитель	Соединитель двусторонний для подключения аспирационных трубок.	1 шт.
		4.	Набор трубок	Трубки силиконовые автоклавируемые. Диаметр: не менее 8*14 мм.	1 шт.
<i>Расходные материалы и изнашиваемые узлы:</i>					
		6.	Антибактериальный фильтр	<p>Одноразовый антибактериальный фильтр изготовлен из гидрофобного материала, который препятствует прохождению жидкостей.</p> <p>Предназначен для защиты аспиратора от повреждений, вызванных попаданием жидкости внутрь.</p> <p>Диаметр фильтра: не менее 64 мм.</p> <p>Диаметр коннектора: не менее 11 мм.</p>	1 шт.
3	Требования условиям эксплуатации	к	<p>Температура в помещении: не менее 10 – 40 °С</p> <p>Влажность в помещении: не менее 20 – 85%</p> <p>Атмосферное давление: не менее 800 – 1060 мм.рт.ст</p> <p>Высота над уровнем моря: не менее 0 – 2000 м</p> <p>Электропитание: не менее 230 В / 50 Гц</p>		

4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP пункт назначения Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения области Абай РК, область Абай, ул. Жамакаева, 100А
5	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	в течение 10 (десять) календарных дней, не позднее 20 декабря 2024 года Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения области Абай РК, область Абай, ул. Жамакаева 100А
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

Товар должен быть доставлен: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр», склад.

Место предоставления (приема) документов: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100А (корпус № 2), «Приемная».

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 14 часов 30 минут «17» декабря 2024 года по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100А, «Приемная».

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться: в 16 часов 30 минут «17» декабря 2024 года по следующему адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100А, приемная директора.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/32-47-77; 8-777-906-08-88